

淮安市政府采购分散采购项目 “全流程不见面交易” 招标文件

项目名称：淮安市中医院生化免疫流水线采购项目（二次）

项目编号：HAYX-2025040035

大洲设计咨询集团有限公司
二〇二五年四月

淮安市政府采购分散采购项目“全流程不见面交易”公开招标文件

招标文件审查签章栏

项目名称	淮安市中医院生化免疫流水线采购项目（二次）
	<p style="text-align: center;">采购人（盖章）：  2025年5月22日</p>
	<p style="text-align: center;">采购代理单位（盖章）：  2025年5月22日</p>
	<p style="text-align: center;">监管部门（盖章）：  2025年5月22日</p>

第一章 投标邀请

受淮安市中医院的委托，大洲设计咨询集团有限公司就淮安市中医院生化免疫流水线采购项目（二次）进行“全流程不见面交易”采购，现邀请符合条件的投标人参加投标。

项目概况：淮安市中医院生化免疫流水线采购项目（二次）的潜在投标人应在淮安市公共资源交易网（<http://ggzy.huaiian.gov.cn/>）自行下载招标文件，并于2025年6月12日09时30分（北京时间）前提交投标文件。

一、项目基本情况

（一）项目编号：HAYX-2025040035

（二）项目名称：淮安市中医院生化免疫流水线采购项目（二次）。

（三）预算金额：人民币贰佰万元整(¥2000000.00)

（四）最高限价：人民币贰佰万元整(¥2000000.00)

（五）项目简要说明：本项目内容（见下表），具体详见招标文件第五章项目采购需求。

名称	单位	数量
进样和出样模块	套	1
轨道传输系统	套	1
离心模块	台	2
去盖模块	台	1
全自动生化分析仪	台	2
全自动化学发光免疫分析仪	台	2
样本后处理系统	/	1
低温储存冰箱	台	1
纯水处理系统	套	1
UPS 不间断电源	套	1

淮安市政府采购分散采购项目“全流程不见面交易”公开招标文件

数据信息处理系统	/	1
----------	---	---

(六) 交货日期：接到医院通知后 30 天之内货物运抵医院。

(七) 免费质保期：整套设备免费质保 ≥ 5 年（以投标人实际承诺的质保年限为准），自验收报告签字确认日起，开始进入质保期。

(八) 本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

(一) 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件

(二) 本项目的特定资格要求：

1. 投标人所投设备须具备有效期内的《医疗器械产品注册证》；

2. 投标人具备下列材料之一：

(1) 投标人若为设备制造商，须提供有效期内的《医疗器械生产许可证》。

(2) 投标人若为设备代理商，须提供有效期内的《医疗器械经营许可证》或《医疗器械经营备案凭证》。

(三) 落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目按照以下第3种方式落实政府采购促进中小企业发展的要求：

1. 本项目为专门面向中小企业采购的项目。

2. 本项目通过以下第（）种方式预留部分采购份额采购中小企业服务：

(1) 本项目要求投标人以联合体形式参加，中小企业合同金额应当达到的比例为____%，其中小微企业所占比例应为____%（两项比例均应符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》第八条规定）。

(2) 本项目要求投标人进行合同分包，中小企业合同金额应当达到的比例为____%，其中小微企业所占比例应为____%（两项比例均应符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》第八条规定）。

3. 本项目为非预留份额的采购项目，对小微企业报价给予扣除，用扣除后的价格参加评审，具体详见第二部分“投标人须知”第 29 项。

注：监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业。

(四) 拒绝下述条件的投标人参加本次采购活动：

1. 投标人单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，同时参加同一合同项下的政府采购活动。

淮安市政府采购分散采购项目“全流程不见面交易”公开招标文件

2. 凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，参加本项目的采购活动。

3. 投标人被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

(五) 符合法律法规规定的其他条件；

本次招标采用资质后审方式，在整个采购过程中，由采购人对投标人的资质进行审查，若发现投标人的资质条件不符合招标文件要求，可取消其投标或中标资格。

三、获取招标文件

1. 时间：自本公告发布第二日起五个工作日。

2. 获取方式：投标人登录淮安市公共资源交易网，在网站首页点击“交易平台”→“医用设备-投标人”，使用 CA 锁登录系统→“填写信息”登记成功后，到“采购文件下载”界面找到该项目下载文件并进行操作。

投标人必须办理 CA 锁和电子签章后方可下载招标文件。具体办理详见淮安市公共资源交易网《政府采购操作指南》（<http://ggzy.huaian.gov.cn/fwdh/005003/20180630/76313197-2b3a-4f28-9493-28ff7908c886.html>）。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

(一) 电子投标文件提交截止时间及开标时间：2025 年 6 月 12 日 09 时 30 分

(二) 电子投标文件上传地址：
<http://ggzy.huaian.gov.cn:50088/TPBidder/memberLogin>

(三) 开标地点：淮安市深圳路 16 号三楼开标二室。

本项目采用不见面开标，开标当日，投标人不必抵达开标现场，仅需在任意地点通过淮安市不见面交易系统参加开标会议，并根据需要使用淮安市不见面交易系统与现场招标人进行签到、解密、互动交流等活动。不见面开标大厅具体事项见招标文件投标须知前附表相关要求。

五、公告期限

自本公告发布第二日起五个工作日。

六、其他补充事宜

1. 投标保证金：本项目无需缴纳投标保证金。

淮安市政府采购分散采购项目“全流程不见面交易”公开招标文件

2. 履约保证金：无。

3. 评标办法：综合评分法。

七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人联系方式

名称：淮安市中医院

地址：淮安市清江浦区和平路3号

联系方式：邹科长 电话：15851748031

2. 采购代理机构信息

名称：大洲设计咨询集团有限公司

地址：淮安市天津路亿力商业广场58号楼东门厅4楼401室

联系方式：张杰 联系电话：18012072865

八、“全流程不见面交易采购”注意事项

本项目采用“全流程不见面交易”模式，通过不见面交易系统及相应的配套硬件设备（摄像头、话筒、麦克风等）完成远程解密、公布报价、澄清等交互环节。相关要求和说明详见第二章“投标人须知”第20条。

第二章 投标人须知

一、总则

1. 适用范围

本招标文件仅适用于本次投标邀请中所述项目的采购。

2. 合格的投标人

2.1 满足第一章投标邀请中投标人资格要求的规定。

2.2 满足招标文件中实质性条款的规定。

3. 适用法律

3.1 《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律、规章和规定等。

4. 投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，大洲设计咨询集团有限公司（以下简称采购代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 本项目招标代理费参照计价格【2002】1980号文的32%收取，文件评审费、两次评委费按实际发生收取，中标投标人必须在中标通知书发出前向大洲设计咨询集团有限公司交纳招标代理费、文件评审费及两次评委费。

二、招标文件

5. 招标文件由以下部分组成：

5.1 投标邀请

5.2 投标人须知

5.3 评标标准

5.4 合同格式及条款

5.5 项目采购需求

5.6 投标文件

淮安市政府采购分散采购项目“全流程不见面交易”公开招标文件

6. 招标文件的澄清

6.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应在投标截止时间十日前通过以电子文件形式并加盖电子签章（指：从淮安市公共资源交易网首页点击“交易平台”→“医用设备-投标人”登录，从“采购业务-网上提问”模块提出澄清）通知采购代理机构，采购代理机构对投标截止时间前十日收到的任何澄清要求将通过电子交易平台以电子文件形式予以答复。

7. 招标文件的更正或补充

7.1 在投标截止时间十五日前，采购代理机构可主动或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件用更正公告的方式进行修正。

7.2 对招标文件的更正将在淮安市公共资源交易网进行公告，同时通过电子交易平台通知所有已获取招标文件的投标人。更正公告将作为招标文件的组成部分，对所有参加本次投标的投标人都具有约束力。

7.3 为使投标人有足够的时间按招标文件的更正要求修正投标文件，采购人或采购代理机构有权按照相关法定的要求推迟投标截止时间和开标日期。

三、投标文件的编制

8. 投标文件的编制

8.1 投标人编制的投标文件应按招标文件第六章“投标文件”中的要求编制。

8.2 电子投标文件编制必须使用淮安市公共资源交易系统可接受的投标文件制作工具编制，投标文件制作工具可在淮安市公共资源交易网---服务导航---下载中心---《政府采购操作指南》下载。请及时关注版本更新情况！

9. 开标一览表

9.1 投标人必须按照招标文件中提供的开标一览表的规定格式完整、清晰、正确填写，不得自行增减内容。

9.2 开标一览表中不得填报有选择性报价方案，表中内容应与投标文件中的内容完全一致，如不一致的，以开标一览表内容为准。

10. 投标报价

淮安市政府采购分散采购项目“全流程不见面交易”公开招标文件

10.1 本项目采用总承包方式，投标人的报价应包含货物设计、制造、包装、仓储、运输装卸、保险、安装、调试及其材料及验收合格之前保管及保修期内备品备件、专用工具、伴随服务、技术图纸资料、人员培训发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及与本项目有关的所有费用。

10.2 投标人的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

10.3 采购人或采购代理机构不接受备选的投标方案或有选择的报价。

10.4 投标报价应以人民币为货币单位。

11. 技术要求响应偏离

11.1 投标人应对招标文件中的技术要求逐项作出响应或偏离，否则该投标将被拒绝。

12. 服务承诺

12.1 投标人的服务承诺不能低于招标文件中对于服务的要求。

13. 投标保证金

本项目不收取投标保证金。

14. 方案部分（如果本项目涉及的话）

14.1 本项目评标标准中的方案部分是否采用暗标方式进行评审：

不采用 采用

15. 投标有效期

15.1 投标有效期为从开标之日起计算的九十天。投标有效期比规定短的将被视为非响应投标而予以拒绝。

15.2 在特殊情况下，采购人或采购代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求，这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝接受这一要求而放弃投标。同意延长的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

16. 投标文件的签署

淮安市政府采购分散采购项目“全流程不见面交易”公开招标文件

16.1 投标文件仅需要在投标人进行签章的位置应进行电子签章。电子投标文件不得涂改、行间插字或删除，如果出现上述情况应重新编制。

四、投标文件上传

17. 投标文件的上传

17.1 投标人在投标文件制作工具中生成加密电子投标文件后即可将投标文件上传至淮安市公共资源全程电子化交易平台。投标人应在投标邀请规定的投标截止时间前完成网上电子投标文件的上传。

17.2 投标人上传的电子投标文件内容不清楚或不清晰的（含扫描件），造成无法评审或部分影响评审的，责任由投标人自负。

17.3 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于投标邀请中规定的截止时间。

17.4 采购人或采购代理机构可以按第7条规定，通过修改招标文件有权酌情延长投标文件接收截止时间。在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制约的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

17.5 中标投标人在中标通知书发出之前，必须提供**肆份**与电子投标文件一致的纸质打印投标文件。投标文件必须采用胶装方式装订成册（A4 纸幅，图表页可折叠），装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订。

18. 投标文件被拒绝接收的情形

18.1 在招标文件规定的提交投标文件截止时间后上传的电子投标文件。

19. 投标文件的修改和撤回

19.1 投标人在上传电子投标文件后可以对其修改或撤回，但这种修改和撤回，必须在规定的开标时间之前。

19.2 对于电子投标文件的修改，投标人可在开标时间前登录电子交易平台撤回电子投标文件，并上传新的电子投标文件。电子投标文件以最终完成上传的为准。

19.3 投标人不得在开标时间以后修改电子投标文件。

19.4 投标人不得在提交电子投标文件截止时间起至投标有效期满前撤回电子投标文件。

五、开标及评标

20. 开标

20.1 采购代理机构将按照投标邀请中的要求组织本项目的“不见面交易”活动。投标人仅需在任意地点通过登录淮安市政府采购“全流程不见面交易系统”开标大厅观看项目的活动组织。

20.2 不见面开标程序：主持人按下列程序进行开标。

20.2.1 公布开标会议纪律；

20.2.2 公布投标人名单；

20.2.3 投标人在线承诺；

20.2.4 投标人、采购人对电子投标文件解密；

20.2.5 导入电子投标文件；

20.2.6 网上公布投标报价；

20.2.7 投标人对其投标报价电子签章确认（投标人在规定时间内未电子签章确认的，视同其默认投标报价）；

20.2.8 开标结束。

20.3 开标一览表内容与投标报价表内容不一致的，一律以开标一览表内容为准。

20.4 投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家情况的，除采购任务取消情形外，按财政部令第87号第四十三条条款进行处理。

20.5 全流程不见面交易采购说明

20.5.1 由于淮安市政府采购“阳光采购一网通”全周期系统不见面开标大厅自身原因导致项目不能正常进行的，项目作废标处理。

20.5.2 本项目中的时间均以国家授时中心发布的时间为准。

20.5.3 本项目的下载文件、上传投标文件均通过互联网操作，请投标人充分考虑网络拥堵及平台操作所需时间等因素。因投标人自身原因导致操作失败的，其责任自负。

20.5.4 本项目投标文件的编制使用“新点投标文件制作软件（淮安公共资源版）”。投标人投标文件的编制和上传，应按照招标文件的规定进行。如未按招标文件要求编制、

淮安市政府采购分散采购项目“全流程不见面交易”公开招标文件

上传电子投标文件，将可能作无效投标文件，其后果由投标人自负。投标人如对正确使用“投标文件制作软件”有疑问的，请与软件公司技术人员联系。

20.5.5 “全流程不见面交易”活动当日，投标人不必抵达现场，仅需在任意地点通过登录淮安市政府采购“阳光采购一网通”全周期系统不见面开标大厅观看项目的活动组织。为保障投标人权益以及避免围标串标的情况，投标人必须插 CA 锁登录系统。具体操作详见操作手册（可在淮安市公共资源交易网、淮安市政府采购网下载）。

20.5.6 电子投标文件上传截止时间前，各投标人的授权委托人或法人代表提前进入淮安市政府采购“阳光采购一网通”全周期系统不见面开标大厅根据操作手册（进入相应项目的虚拟开标大厅）在规定时间内登录虚拟开标大厅并完成签到，未规定时间内登录的或未能在虚拟开标大厅内进行签到的，视为放弃交互和放弃对活动全过程提疑的权利，投标人将无法看到解密指令、废标及澄清、公布报价、评审结果等实时情况，并承担由此导致的一切后果。

20.5.7 电子投标文件上传截止时间后，采购中心将在系统内公布投标人名单，然后通过大厅操作区发出投标文件解密的指令，投标人在各自地点按规定时间自行实施远程解密，投标人解密限定在主持人发布解密指令后 15 分钟内完成。因投标人网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致投标文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，作无效投标处理。因“阳光采购一网通”全周期系统不见面开标大厅发生故障，导致无法按时完成投标文件解密，可根据实际情况相应延迟解密时间（友情提示：若投标人已领取副锁（含多把副锁），必须使用生成投标文件的锁来解密投标文件）。本项目在限定的解密时间内，只要有任一家投标人解密成功，即视为淮安市政府采购“阳光采购一网通全周期系统不见面开标大厅”运行无故障。

20.5.8 演示环节（如果本项目涉及的话）

本项目的评审内容有演示环节的，投标人需以录制视频的形式进行演示。视频文件格式需为不超过 50M 的 MP4 文件格式，视频上传地址在投标文件制作工具（淮安市公共资源版）的“视频演示”节点中进行选择。本项目在评审过程中，只要有任一家投标人

淮安市政府采购分散采购项目“全流程不见面交易”公开招标文件

演示文件能够正常播放，即视为淮安市政府采购“阳光采购一网通”全周期系统演示功能运行无故障。

20.5.9 答辩环节（如果本项目涉及的话）

本项目的评审内容有答辩环节的，由评委现场出题，题目将通过评审系统发送给所有有效投标人。“阳光采购一网通”全周期系统不见面开标大厅将实时对投标人进行提醒，投标人在收到提醒后，需到会员系统中，对《答辩承诺书》签章后方可进行答辩，在填写完答辩内容后需点击“生成”按钮，生成内容为 PDF 格式，最后将答辩内容提交至评审系统，未在招标文件规定的时限内提交答辩的视为未答辩。本项目在评审过程中，只要有任一家投标人能够正常答辩，即视为淮安市政府采购“阳光采购一网通”全周期系统答辩功能运行无故障。

20.5.10 活动全过程中，各投标人参与澄清、说明、补正、远程交互的授权委托人或法人代表应始终为同一个人，中途不得更换，在澄清、说明、补正、异议提出等特殊情况下需要交互时，投标人一端参与交互的人员将均被视为是投标人的授权委托人或法人代表，投标人不得以不承认交互人员的资格或身份等为借口抵赖推脱，投标人自行承担随意更换人员所导致的一切后果。

20.5.11 为顺利实现本项目不见面交易活动组织的远程交互，建议投标人配置相关软硬件设施，具体包括：

20.5.11.1 软件设施：IE 浏览器（版本必须为 11 及 11 以上），同时必须安装江苏省互联互通的驱动。不得使用 360、搜狗等其他浏览器，否则责任自负。

20.5.11.2 硬件设施：高配置电脑（内存 4G 以上，建议屏幕分辨率用 1024*768 像素或以上，不要使用上网本）、高速稳定的网络（推荐使用电信网络，独立带宽在 10Mbps 以上）、电源（不间断电源）、CA 锁、音视频设备（话筒、耳麦、高清摄像头（支持分辨率 720P 及以上）、音响）、扫描仪、打印机、传真机、高清视频监控等。

20.5.11.3 为保证交互效果，要求投标人按上述要求配置相关软硬件并选择封闭安静的地点参与远程交互。因投标人自身软硬件配备不齐全或发生故障等问题而导致在交互过程中出现不稳定或中断等情况的，由投标人自身承担一切后果。

淮安市政府采购分散采购项目“全流程不见面交易”公开招标文件

20.5.12 投标人在制作上传电子投标文件、观看活动组织、投标文件解密等技术方面遇到问题时，请与软件公司技术人员咨询，联系电话：手机：18962289236、13770370470。

21. 评标

21.1 评标组织

21.1.1 评标工作由采购人或者采购代理机构负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：

- (1) 审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；
- (2) 要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；
- (3) 对投标文件进行比较和评价；
- (4) 确定中标候选人名单，根据采购人委托协议直接确定中标人；
- (5) 向采购人、监管部门报告评标中发现的违法行为。

21.1.2 评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，独立开展评审工作。

21.2 评标程序

21.2.1 投标人资格审查

21.2.1.1 开标结束后，采购人或采购代理机构依法根据招标文件的规定对投标人的资格进行审查。

21.2.1.2 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明文件进行审查，以确定投标投标人是否具备投标资格。

21.2.1.3 投标文件有下列情况之一的，在资格性审查时按照无效投标处理：

- (1) 不具备招标文件中规定的资格要求的；
- (2) 投标人被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

21.2.2 投标文件符合性审查

21.2.2.1 评委会将依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件的有效性、完整性

淮安市政府采购分散采购项目“全流程不见面交易”公开招标文件

和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

21.2.2.2 实质性要求是指响应文件与招标文件要求的所有条款、条件和要求相符，而没有重大偏离或保留。重大偏离或保留系指影响到招标文件规定的供货期、供货范围、质量和性能；或者在实质上与招标文件不一致，或限制了买方的权力和投标投标人的义务，而纠正这些偏离将会对其他提交了实质性响应文件的投标投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大负偏离的认定必须经评审小组三分之二以上同意。

21.2.2.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

21.2.2.4 评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

(1) 投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

(2) 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

(3) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

(4) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不同意修正的，其投标无效。

21.2.3. 投标文件的澄清

21.2.3.1 在评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会会有权要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容进行澄清。但并非对每个投标人都作澄清要求。

20.2.3.2 对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者明显文字错误的内容，评委会将通过开标大厅进行视频交流并要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正（在视频交流时，评委会首先会核实授权委托人或法人代表的身份信息，如身份信息不

淮安市政府采购分散采购项目“全流程不见面交易”公开招标文件

符则视同投标人放弃澄清、说明或者补正的权利)。投标人的澄清、说明、补正要通过开标大厅向评标委员会进行澄清回复,同时必须将澄清、说明、补正的内容形成电子文件加盖电子签章通过开标大厅上传。投标人的澄清、说明、补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

21.2.3.3 接到评委会澄清要求的投标人如未按第 20.2.3.2 条的规定做出澄清,将视为放弃该权利。

21.2.4 采用最低评标价法的采购项目,提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的,以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标;报价相同的,由评标委员会通过随机抽取的方式确定一个参加评标的投标人,其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目,提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的,按一家投标人计算,评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格;评审得分相同的,由评标委员会通过随机抽取的方式确定一个中标候选人,其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目,招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的,按前两款规定处理。

21.2.5 投标文件有下列情况之一的,在**符合性审查**时按照无效投标处理:

- (1) 未按照招标文件规定要求进行电子签字、电子签章的;
- (2) 已上传电子投标文件但因投标人原因未在规定时间内进行系统签到的;
- (3) 投标人在开标时未在规定时间内进行承诺并电子签章的;
- (4) 因投标人网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因,导致投标文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时的或未在规定时间内电子签章以确认其未在规定时间内成功解密投标文件的;
- (5) 投标总价超出招标文件规定的预算金额或者最高限价的;
- (6) 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制;
- (7) 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜;

淮安市政府采购分散采购项目“全流程不见面交易”公开招标文件

(8) 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

(9) 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

(10) 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

(11) 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未在评标现场合理的时间内提供书面说明或相关证明材料，不能证明其报价合理的；

(12) 不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形；

(13) 不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的【本招标文件中用带星号（“★”）的商务和技术要求】；

21.2.6 在评标期间，出现符合专业条件的投标人或者对招标文件作出实质性响应的投标人不足三家情形的，比照 20.4 款执行。

21.2.7 有下列情形之一的予以废标，同时将废标理由通知所有投标人：

(1) 符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的；

(2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(3) 投标人的报价均超过了采购预算或最高限价的，采购人不能支付的；

(4) 因重大变故，采购任务取消的；

(5) 招标文件存在歧义、重大缺陷，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的。

22. 评审及中标

22.1 评委会将对通过资格性审查和符合性审查的投标文件进行评价和比较。

22.2 评委会按招标文件第三章中公布的评标标准对每份合格投标文件进行评审，确定中标投标人，任何单项因素的最优不能作为中标的保证。

23. 评标过程的保密

23.1 在宣布中标结果之前，凡属于审查、澄清、评价、比较投标文件和中标意向等有关信息，相关当事人均不得泄露给任何投标人或与评审工作无关的人员。

23.2 采购人或采购代理机构和评审委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也

不公布评审过程中的相关细节。

23.3 评标委员会名单在开标前确定，并在招标结果确定前保密。

六、定标及签订合同

24. 确定中标人

24.1 评委会根据招标文件中规定的评标标准对投标人进行综合评审，最终按综合评审得分由高到低的顺序推荐出中标候选人。

24.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确认中标人。

24.3 采购人或采购代理机构将在淮安市公共资源交易网发布中标公告，公告期限为1个工作日。

24.4 中标人在合同签订前，如经查实从参加该中标项目之日起计算所参加的政府采购活动前三年内，在经营活动中有行贿犯罪记录的，采购人将取消其中标资格。

25. 中标通知书

25.1 中标结果公示结束且在无疑义情况下，采购人或采购代理机构将通知中标人。

25.2 中标人在接到采购代理机构通知后五个工作日内必须到采购人或采购代理机构指定地点领取中标通知书并办理相关交费手续。逾期未办理作自动放弃处理。

25.3 中标通知书将是合同的一个组成部分。

26. 签订合同

26.1 采购人与中标人应在中标通知书发出之日起十五日内签订政府采购合同。招标文件、中标人的投标文件及澄清文件等均为签订合同依据。

26.2 中标人自中标通知书发出之日起十五日内无正当理由不与采购人签订合同的，将按财政部第87号令相关规定进行处理。

27. 货物和服务的减少

27.1 采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照招标采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

28. 履约保证金

淮安市政府采购分散采购项目“全流程不见面交易”公开招标文件

28.1 履约保证金：无。

28.2 如果中标人没有按照 26 条或 27 条的规定去做，采购人可报监管部门取消其中标资格，在此情况下采购人可将标授予下一个中标候选人，或重新招标。

29. 政策功能落实

29.1 小微型企业价格扣除

29.1.1 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，投标人提供的货物或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策给予小微企业报价 15% 的扣除，用扣除后的价格参与评审：

(1) 在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

(2) 在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国民法典》订立劳动合同的从业人员。

29.1.2 在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

29.2 联合体及分包（本项目无）

29.2.1 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

29.2.2 享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

29.2.3 接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30% 以上的，采购人应当对联合体或者大中型企业的报价给予 3% 的扣除，用扣除后的价格参加评审。

29.2.4 组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

淮安市政府采购分散采购项目“全流程不见面交易”公开招标文件

29.3 小微企业

(1) 投标人须按照招标文件的要求提供相应的《企业声明函》，详见招标文件第二章示范格式。

(2) 企业标准请参照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）文件规定自行填写。

29.4 残疾人福利单位

(1) 残疾人福利单位需按照招标文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》，详见招标文件第六章示范格式。

(2) 残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

29.5 监狱和戒毒企业

(1) 监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（响应文件中上传加盖出具单位公章的电子件）。

(2) 监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

七、质疑处理

30. 质疑处理

30.1 投标人认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以电子文件形式从网站首页点击“交易平台”→“医用设备-投标人”登录，从“采购业务-质疑”模块提出质疑；同时必须将质疑函的原件邮寄至采购代理机构。未通过交易平台、未邮寄质疑函原件、七个工作日之外以及匿名的质疑均不予受理。

30.2 上述应知其权益受到损害之日是指：

- (1) 对招标文件提出质疑的，为采购文件公告期限届满之日起计算；
- (2) 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起计算；

淮安市政府采购分散采购项目“全流程不见面交易”公开招标文件

(3) 对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日起计算。

30.3 质疑投标人是指直接参加本次投标活动的投标人，未参加投标活动的投标人或在投标活动中自身权益未受到损害的投标人所提出的质疑不予受理。

30.4 质疑投标人在法定质疑期内应当一次性提出针对同一采购环节提出质疑。

30.5 质疑函必须以参加投标投标人法定代表人（签署本人姓名或印章）或授权代表[签署本人姓名或印章，应当同时提供法定代表人授权其办理质疑事项的授权书（授权中必须载明具体权限、期限和事项）]以原件送达的方式提交，未按上述要求提交的质疑函（含传真、电子邮件等）采购代理机构有权不予受理。

30.6 质疑函应当包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上相关证明材料。否则，采购人或采购代理机构不予受理。

(1) 质疑投标人的名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

(2) 质疑项目的名称、编号；

(3) 具体、明确的质疑事项和与质疑事实相关的请求；

(4) 事实依据；

(5) 必要的法律依据；

(6) 提起质疑的日期；

(7) 质疑函应当署名：应当由法定代表人签字并加盖单位公章。

30.7 采购人或采购代理机构收到质疑函后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，采购人或采购代理机构将告知质疑人进行补正。质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者超过法定期限后未重新提交质疑函的，为无效质疑，采购代理机构有权不予受理。

30.8 对于内容、格式符合规定的质疑函，采购人或采购代理机构将在七个工作日内以书面形式或者电子文件形式作出答复。

30.9 投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，采购人或采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请淮安市卫生健康委员会对该投标人列入失信行为或不良行为记录名单，进行相应的行政处罚。

第三章 评标标准

一、本项目采用**综合评分法**。评委会仅对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

二、评委会将依据下列评标标准进行评标，本评标标准的总分为 100 分。按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，由评标委员会通过随机抽取的方式确定一个中标候选人。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

三、具体标准：

序号	分项	评分标准	得分
1	价格评分 (30 分)	<p>满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：</p> <p>投标报价得分=(评标基准价 / 投标报价)×30，小数点保留 2 位</p> <p>说明：中小企业扶持政策给予小微企业报价 15%的扣除。</p>	30
2	技术参数 要求（共 40 分）	<p>投标人所投产品完全满足招标文件项目采购需求“十、技术参数”中标注▲的得 20 分，每有一项负偏离扣 4 分，本项 20 分，扣完为止。</p> <p>投标人所投产品完全满足招标文件项目采购需求“十、技术参数”中未标注▲的得 20 分，每有一项负偏离扣 4 分，本项 20 分，扣完为止。</p> <p>注：投标人提供技术响应偏离表加盖投标人电子签章，需参照招标文件采购需求中技术参数逐条填入表中，如需提供证明材料，按照采购需求中技术参数的要求提供相关证明材料加盖投标人电子签章，并标注页码。未提供相关证明材料视为负</p>	40

淮安市政府采购分散采购项目“全流程不见面交易”公开招标文件

		偏离。	
3	项目实施 方案（8 分）	<p>根据投标人提供的项目实施方案内容的完整性及进度计划安排的合理性进行横向比较打分，包括但不限于投标人如何在中标后有效地组织技术和人员力量，按时保质地完成交货、安装、验收等。</p> <p>实施方案内容完整、进度计划安排合理、优于采购人需求的得 8 分；</p> <p>实施方案内容较好、进度计划安排较好、基本满足采购人需求的得 6 分；</p> <p>实施方案内容一般、进度计划安排一般、能满足采购人一般需求的得 4 分；</p> <p>实施方案内容不好、进度计划安排不合理、不能满足采购人需求的得 2 分；</p> <p>不提供不得分。</p>	8
4	售后服务 管理体系 方案（8 分）	<p>针对本项目制定的售后服务管理体系方案，包括售后服务人员、服务机制、响应时间、故障解决等内容的合理性和可行性。</p> <p>售后服务方案完整合理，可行性高，优于项目需求的得 8 分；</p> <p>售后服务方案较为完整合理，可行性较高，满足项目需求的得 6 分；</p> <p>售后服务方案一般，可行性一般，满足项目一般需求的得 4 分；</p> <p>售后服务方案不够完整合理，可行性较低，不能完全满足项目需求的得 2 分；</p> <p>不提供不得分。</p>	8

淮安市政府采购分散采购项目“全流程不见面交易”公开招标文件

5	质保期满后零配件和维修备品备件（7分）	<p>质保期满后零配件和维修备品备件的供应保障和质保期满后维保收费及维保方案（方案内容至少包含零配件和维修备品备件的报价清单）横向比较打分：</p> <p>提供零配件和维修备品备件的供应保障和质保期满后维保收费及维保方案内容完整清晰，优于项目需求的得7分；</p> <p>零配件和维修备品备件的供应保障和质保期满后维保收费及维保方案内容较完整，满足项目需求的得5分；</p> <p>零配件和维修备品备件的供应保障和质保期满后维保收费及维保方案内容介绍简单的得3分；</p> <p>零配件和维修备品备件的供应保障和质保期满后维保收费及维保方案内容介绍较差的得1分；</p> <p>不提供不得分。</p>	7
6	业绩（2分）	<p>投标人或所投产品厂家具有自2022年5月1日（以合同签订时间为准）以来所投设备的成功案例，每提供一份合同的得1分，本项最高得2分。（合同的采购方为同一法人的不同合同，不重复得分）（提供合同扫描件加盖投标人电子签章，合同须能反映采购人单位、项目名称、设备品牌型号、配置清单、签订时间、签章等所有要素清晰可见，提供不全或者不清晰不得分）</p>	2
7	免费质保（5分）	<p>满足招标文件的整套设备免费质保5年的基础上，整套设备免费质保期每增加一年得1分，本项最多得5分。（提供承诺书，详见示范格式三中承诺书二）</p>	5

特别提醒：

1. 投标人在投标时必须提供与以上评分相关的证明材料复印件加盖电子签章，否则不得分。

2. 采购人有权在合同签订前对投标人提供的证明材料进行核查，如发现投标人提供虚假证明材料，采购人有权取消其中标资格并要求其赔偿采购人因此造成的经济损失，并将其不诚信行为上报相关部门。

第四章 合同条款

合同编号：

甲方：淮安市中医院

乙方：

经 招标，项目编号 ，甲乙双方依据《中华人民共和国民法典》以及相关规定，在友好协商基础上，双方同意签订合同如下：

一、设备名称、型号、数量和价格（详细配置，见附件一）

序号	设备名称	生产厂家	品牌型号规格	数量	整套设备 免费质保期	单价(元)	总价 (元)	备注
1								
合计								
金额合计总价（人民币大写）：								

所提供设备必须为全新设备（以合同签订日期为准，所提供的设备生产日期必须在合同签订日期前6个月内）

二、交货日期及地点：合同签订后，乙方接到甲方发货通知之日起__天之内，乙方负责将货物运抵淮安市中医院指定地点。如乙方逾期交货，则每日按货款总额0.1%承担违约金，由此产生的违约金、应退差价等金钱债务甲方均可以在每次应付款中直接扣除，逾期超过30天，甲方有权解除合同。

三、设备保修期：自设备验收合格之日起（以甲方验收单双方签字日期为准），整套设备免费保修__年，保修期外乙方负责对本设备维护免人工服务费，只收取配件费，软件免费升级。

四、付款方法：

淮安市政府采购分散采购项目“全流程不见面交易”公开招标文件

货到安装、验收合格，正常使用一个月后，采购人付货款总额的 30%；设备正常使用半年后，采购人付货款总额的 60%；使用 1 年后无质量问题付 5%，质保期（以乙方实际承诺的免费质保期时间为准）结束付 5%。

每次付款前，投标人应当向采购人提供正规、足额发票。否则，采购人有权暂不支付款项，每次付款时，采购人有权直接扣除投标人承担的包括但不限于违约金、赔偿金等金钱债务。

五、乙方必须提供和达到的资质、质量要求及技术标准

1. 特别提醒条款：

①发票所列品名和型号必须与合同所列品名和型号完全一致；

②其它未提及事项必须符合市场监督管理局的相关规定，未满足以上条款引起的一切责任由乙方承担。

2. 乙方保证向甲方提供的设备满足中国国家标准或相关行业标准（以较严格标准为准）。根据国家规定，如需要提供 3C 认证证书和标记的设备及有关配置，乙方必须提供上述证书和标记。

3. 乙方保证所提供设备型号是最新款，且是用优质材料和工艺制成、全新、并严格保持原包装，否则造成的一切损失由乙方承担。

4. 乙方提供的设备如验收不合格，乙方必须无条件换货或退货，由此引起的一切损失由乙方承担。

六、设备到货安装和验收要求：

1. 设备到货时间，乙方须提前五天以上通知甲方，以便甲方安排好接收工作。设备到货后，甲方及时通知乙方，乙方接到通知一周内到达现场，负责设备的免费安装和调试。设备安装时，乙方必须和甲方的设备科联系，在设备科的共同参与下对设备进行安装和调试，否则引起的一切责任由乙方承担。

2. 乙方所提供的设备如设有维修软件密码，乙方保证无条件为甲方永久免费开放及升级。

3. 设备安装、调试结束后，甲方对设备试用后进行验收（时间由双方共同商定），乙方须派工程师到现场协助验收工作，确保设备安全有效运行。

七、售后服务要求：

1. 保修期内乙方应保证设备开机率 $\geq 95\%$ 。如设备故障或停机率超过 5%（一年 365

淮安市政府采购分散采购项目“全流程不见面交易”公开招标文件

天，累计故障时间天数达 18 天)，每超过一天，保修期延长 14 个工作日。

2. 如设备发生故障，乙方在接到甲方报修电话后 24 小时内未予以实质性响应，甲方可自行采取必要的措施，由此产生的风险和费用由乙方承担。如有特殊情况，乙方应立即电话通知甲方，说明不能响应的原因，在获甲方同意后，才可延迟响应时间，但最长不得超过 48 小时。

3. 无论保修期内还是保修期外，乙方必须上门维修，乙方工程师来院维修设备，必须先与甲方医疗设备科联系，与甲方工程师共同完成维修工作，否则引起的一切责任由乙方承担。

4. 乙方免费提供全套技术资料，如资料不全，甲方有权延迟付款。

5. 乙方未按本合同约定履行义务，每次违约行为应当按合同价的千分之一承担违约金。如果造成甲方其他损失的，甲方有权向乙方要求赔偿，包括但不限于甲方因乙方违约而支出的维修费、诉讼费、律师费、保函费等全部费用。

八、特约条款：

1. 乙方保证所交货物的规格、品质及正式开机后所表示的性能参数，要与投标时的技术规格相符，如有不符乙方应无条件更换。更换后的货物仍不符合标准的，甲方有权单方面解除合同并要求乙方赔偿相应的损失。

2. 乙方有义务培训医院工作人员熟悉设备的操作及设备保养技术，如遇因培训不到位而产生的设备问题，一切后果由乙方承担。

3. 每次付款前乙方应当提供合法、足额的发票，否则甲方有权暂时不予支付货款。

九、合同解除及违约责任：合同生效后，如因预供货物物品、设备、辅材出现品质缺陷或因第三人的不当处分等原因导致乙方不能履行合同义务或者乙方非因不可抗力要求解除合同的，乙方构成违约，应当向甲方支付合同总价款 10% 的违约金；乙方支付的违约金不足以弥补全部损失的，甲方有权要求乙方除承担违约责任外对造成损失部分予以赔偿。

十、送达

1、合同下方约定地址即为双方确定的送达地址，送达地址适用范围包括但不限于各类告知书、通知书、工作联系单、协议文件、诉讼文书等。

2、送达主体按照下方地址进行送达，视为有效送达；采用邮寄送达的，若无人签收或拒收文件的，以文书退回之日视为送达之日；直接送达的，送达人可采取拍照、录

淮安市政府采购分散采购项目“全流程不见面交易”公开招标文件

像方式记录送达过程，并将文书留置，视为送达。

十一、投标文件作为本合同不可分割的部分。

十二、本合同需经双方代表签字并盖章后方能生效，如本合同有未尽事宜经双方协商一致后可达成补充合同，补充合同为本合同的组成部分具有同等法律效力。如因本合同发生争议且不能达成一致意见的，双方均可诉至甲方所在地人民法院。

十三、合同一式四份，每份内容一致，具有同等法律效力。甲方执三份，乙方执一份，作为履行合同之依据。

甲方：淮安市中医院

乙方：

地址：

地址：

电话：

电话：

开户行：

开户行：

账号：

账号：

甲方法人代表：

乙方法人代表：

分管院长：

乙方代表：

职能科室负责人：

乙方项目负责人：

日期：

日期：

附件一：

一、配置清单（保证配置配件能满足招标参数使用，如有不足，乙方无条件补齐）

附件二：

医药购销廉洁协议书

甲方（医疗机构）：淮安市中医院

乙方（供应商）：

为认真贯彻落实全国及全省卫生系统纪检监察暨纠风工作会议精神，进一步规范医药购销行为，维护正常的医疗秩序和医药产品经营秩序，建立健全防治商业贿赂长效机制，经甲、乙双方协商，同意签订医药购销廉洁协议书并予以共同遵守：

一、甲方购进药品、医疗器械、医用卫生材料等医药产品，不得以任何方式向乙方索取回扣，或者索要、收受乙方产品发票价外的赞助，不得要求乙方代支任何费用开支。

二、甲方工作人员不得以暗示或其他任何形式索要回扣、提成、有价证券、现金、购物卡等。如甲方工作人员暗示或索要，乙方应予拒绝，并有责任如实向甲方纪检监察部门反映情况。

三、甲方工作人员不得替乙方非法统计药品、耗材销售数量等有关信息。

四、乙方不得暗中给予甲方回扣，不得以提成和赠送有价证券、现金、购物卡、宴请、娱乐及提供国内或境外学术活动等手段影响甲方医生的使用医药产品选择权。

五、乙方洽谈业务，必须在工作时间到甲方指定科室联系商谈，不得到临床、门诊推销医药产品，不得借故到甲方主管领导、部门负责人及相关工作人员家中访谈或向介绍人提供任何好处费。

六、乙方在销售活动中，要自觉遵守国家和地方的有关法律、法规，严格执行合同条款，不以次充好，不降低产品质量，做到诚信经营。

七、乙方如违反以上条款，一经发现，甲方有权终止购销合同，列入不良行为记录，并在单位内通报，取消药品等医药产品配送资格2年，涉嫌违法的，由执法部门予以处理。

八、甲方工作人员如违反以上条款的，甲方将按国家有关法律、法规规定和有关廉政制度规定给予处理，涉嫌违法的，由执法部门予以处理。

九、本协议书为医药产品购销合同的附件，与购销合同一并执行，具有同等的法律效力。

十、本协议书一式三份，甲、乙双方各执一份，甲方纪检监察部门执一份，并从签订之日起生效。

甲方（盖章）：

乙方（盖章）：

法定代表授权人：

法定代表人：

经办人签名：

年 月 日

年 月 日

第五章 项目采购需求

设备名称：生化免疫流水线一套

必备要求：

一、最高限价：人民币贰佰万元整(¥2000000.00)

★二、基础配置(或功能)应包括但不限于：

名称	单位	数量
进样和出样模块	套	1
轨道传输系统	套	1
离心模块	台	2
去盖模块	台	1
全自动生化分析仪	台	2
全自动化学发光免疫分析仪	台	2
样本后处理系统	/	1
低温储存冰箱	台	1
纯水处理系统	套	1
UPS 不间断电源	套	1
数据信息处理系统	/	1

★三、其他要求（提供承诺书加盖投标人电子签章）

1. 所投设备由中标人厂家负责运输、安装（包含所有软件程序，如后期需要增加软件功能，均免费安装）、调试、培训等，确保安装后正常使用，不产生额外费用。

2. 在满足技术参数需求的前提下，整套设备能根据采购方场地条件进行定制，满足采购方场地的安装及承重要求，设备安装前提供药房内设备布局的平面布置图。

3. 中标人负责免费对接医院信息系统。

4. 后期如业务量增加，可以直接增加生化、发光机器数量和相应的模块以提高样本检测检验处理能力。

5. 流水线整体兼容，由共同的系统软件控制全自动样本处理系统、全自动生化分析仪、全自动化学发光免疫分析仪。全自动样本处理系统、全自动生化分析仪、全自动化

淮安市政府采购分散采购项目“全流程不见面交易”公开招标文件

学发光免疫分析仪均为同一品牌，满足医院统一服务的需求。（同时还需提供产品注册证或备案证扫描件加盖投标人电子签章）

6. 2024 年全国临床检验中心室间质评（EQA）活动，流水线检测的所有项目都有品牌独立分组。（同时还需提供国家临检中心网站相关内容截图加盖投标人电子签章）

7. 2024 年度最后一次全国临床检验中心室间质评（EQA）活动中，流水线检测的常规项目（AFP、CEA、CA199、总 β -hCG、TSH、T3、T4）参评的”本组实验室数” ≥ 300 家。（同时还需提供国家临检中心网站相关内容截图加盖投标人电子签章）

8. 流水线检测的所有项目进行第三方质控分析的批内精密度、批间精密度等质量控制指标均符合行业标准要求。

四、报价方式

本项目投标报价为固定总价，投标报价应包括投标文件所确定的采购范围相应货物和服务的供货、包装、运输、保险、辅助设备、安装调试、管理、维护（包括质保期内的一切维修、保养、更换零部件、人工等）、劳务、培训、验收、办公设备、设备、工具、耗材、运送工具及耗材、利润、风险、税金及政策性文件规定等各项应有费用，以及为完成该项货物或者服务项目所涉及的一切相关费用，采购人不再支付其他任何费用。安装、调试、验收过程中，如发现有漏项、缺件，投标人应无条件、无偿补齐，所发生的一切费用，视为已包含在投标人的报价之中，且并不因此而影响交付实际使用人的时间。本次报价还包括投标人办理与本货物相关的进口、运输、免税等手续所产生的费用。

五、交货期及交货地点

★1. 交货日期：接到医院通知后 30 天之内货物运抵医院。

2. 交货地点：投标人负责将货物运到采购人指定地点，由投标人负责办理运输和装卸等，费用由投标人负责，由采购人组织验收，检验不合格或不符合质量要求，投标人除无条件退货、返工外，还应承担采购人的一切损失。

六、验收标准

1. 产品到达交货地点后，采购人和投标人根据采购人时间安排共同检验产品数量、质量等状况，由投标人负责并承担相关费用，采购人应积极配合。投标人进行安装调试并经过性能测试后，由采购人组织验收。验收合格后，双方在《验收报告》上签字确认。

★2. 所投产品的外观或质量问题，中标人应当在 2 日内负责处理，此费用由投标人

淮安市政府采购分散采购项目“全流程不见面交易”公开招标文件

承担。维修达到3次仍无法使用，采购人有权退货。

3. 中标人负责免费对接医院信息系统。

七、质保期及售后服务

(一) 质保期：

★1. 投标人报价时须承诺所供货物整套设备免费质保期不少于5年（自验收报告签字确认日起，开始进入质保期）。原厂或全国总代授权服务商提供质保承诺函。投标人对质保期内所发生的设备维护、维修、更换等一切费用负责。对于采购人人为原因造成的故障，中标人只收取维保成本费用。

★2. 保修期内乙方应保证设备开机率 $\geq 95\%$ 。如设备故障或停机率超过5%（一年365天，累计故障时间天数达18天），每超过一天，保修期延长14个工作日。

(二) 售后服务

1. 响应时必须提供投标人的售后服务承诺书（至少包含：明确保修期、终身免费软件升级、故障响应时间、培训内容、售后服务技术人员名单和联系方式、不定期走访用户，了解用户的使用情况、保修期外零配件若损坏，提供零配件优惠服务方案等）。

★2. 质保期内免费更换零配件，投标人接故障通知2小时内响应，一般问题在2小时内通过远程方式解决；遇到大的问题，在接到报修通知后12小时内派技术人员到达现场维修；所需更换的零配件，在接到报修通知后48小时内送达。质保期内定期对设备进行免费保养和维护，提供终身维护和保养服务（请提供技术援助电话和售后服务电话），定期对用户进行回访、技术支持，包括即时回答提出的问题。

3. 质保期结束，不能视为投标人对合同货物中存在的可能引起货物损坏的潜在缺陷所应负责任的解除。潜在缺陷指货物在制造过程中未被发现的隐患，投标人对纠正潜在缺陷应负责任，其时间应延续至质保期终止后贰年。当发现这类潜在缺陷时（经双方确认），投标人应立即予以无偿修复或更换。

4. 投标人应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及响应文件中的“售后服务承诺”提供服务。

5. 因投标人所提供的产品，造成采购人设备损坏或其他损失，以及其他第三方损失的，一经核实，投标人必须赔偿采购人或第三方因此造成的所有损失。

6. 投标人应在交付货物的同时向采购人提供产品全套随机资料一套（包括但不限于含产品合格证书、使用维护说明书、验收报告书、原厂保修单等）。根据采购人要求免

淮安市政府采购分散采购项目“全流程不见面交易”公开招标文件

费提供并安装操作应用软件。

7. 投标人每年一次对所投设备仪器性能免费校准，并提供校准报告。

★8. 质保期过后，对于货物维修只收取基本材料成本费，不收取工时费。

9. 备件要求：

(1) 投标人应设置备件库，存入所有必须的备件，保证必要时可以及时供应技术及维修服务。

(2) 投标人应配置工程技术人员，随时提供开箱验货、安装、调试或维修等服务。

★10. 中标后，采购人有权要求投标人进行产品功能演示或采购参数性能测试，若产品功能演示或采购参数性能测试达不到采购文件和投标人响应文件要求的，存在提供虚假材料情形的，采购人有权取消其中标资格。

(三) 人员培训

1. 设备完成安装调试后，应对采购人员进行操作技术及相关知识培训。该技术内容操作使用和维护保养的培训应持续到采购人员完全掌握、熟练运用为止。

2. 对采购人员进行设备安全培训。

3. 提供设备运行、调试、维护过程中必要的专用工具、软件，以及对相关人员进行工艺设置、设备运行、调试和维护过程中相关的专用工具及软件使用的培训。

4. 投标人应免费提供一定数量的培训资料。

八、付款方式（以合同签订为准）

货到安装、验收合格，正常使用一个月后，采购人付货款总额的 30%；设备正常使用半年后，采购人付货款总额的 60%；使用 1 年后无质量问题付 5%，质保期结束付 5%。

每次付款前，投标人应当向采购人提供正规、足额发票。否则，采购人有权暂不支付款项，每次付款时，采购人有权直接扣除投标人承担的包括但不限于违约金、赔偿金等金钱债务。

九、场地平面图（详见附件）

十、技术参数：

（一）进样和出样：

1. 进样和出样的总样本量 ≥ 1800 样本，可以连续进样和出样。（提供证明材料，证明材料例如产品彩页、产品说明书、权威检测报告，并在证明材料上标记具体位置）

2. 支持倾倒方式进样，倾倒方式进样处理总速度 ≥ 1000 样本/小时（提供证明材料，证明材料例如产品彩页、产品说明书、权威检测报告，并在证明材料上标记具体位置）

3. 流水线进样区可兼容多种厂家仪器的架子/容器，能容纳不同规格的样本管进样，须包括：直径范围（12-16mm） \times 高度范围（75-100mm）的样本容器。

4. 进样区可设定标本类型和优先级，具有急诊优先功能

▲5. 进样和出样模块具有标本图像识别功能，能对标本进行拍照，便于查看和存档

（二）离心模块

▲1. 线上离心模块配置 ≥ 2 台，温度可设定范围至少满足 $5^{\circ}\text{C}\sim 15^{\circ}\text{C}$ ；具有智能自动平衡功能，可实时自动补偿。（提供证明材料，证明材料例如产品彩页、产品说明书、权威检测报告，并在证明材料上标记具体位置）

2. 离心机总速度 ≥ 850 管/小时。

▲3. 具有标本离心后血清图像识别功能，智能判读样本的溶血、黄疸、脂血的血清质量（HIL 指数）。（提供证明材料，证明材料例如产品彩页、产品说明书、权威检测报告，并在证明材料上标记具体位置）

（三）去盖模块：

1. 对识别后的样本自动去盖，须采用紫外消毒或空气过滤技术或其他方式方法规避气溶胶生物危害（提供证明材料，证明材料例如产品彩页、产品说明书、权威检测报告，并在证明材料上标记具体位置）

2. 旋转去盖，并配备专用废盖箱，支持不停机在线更换。

（四）轨道传输系统：

▲1. 轨道速度 ≥ 4000 管/小时。（提供证明材料，证明材料例如产品彩页、产品说明书、权威检测报告，并在证明材料上标记具体位置）

2. 轨道运输样本可直接进出分析仪，不需要其他操作。

（五）后处理系统：

1. 后处理通过轨道与其他模块连接，具备以下（但不限于）功能：二次去盖、全自

淮安市政府采购分散采购项目“全流程不见面交易”公开招标文件

动质控、样本存储、自动复测和丢弃功能等。（提供证明材料，证明材料例如产品彩页、产品说明书、权威检测报告，并在证明材料上标记具体位置）

▲2. 采用加盖技术，不会导致试管变形等问题（提供证明材料，证明材料例如产品彩页、产品说明书、权威检测报告，并在证明材料上标记具体位置）

▲3. 低温存储冰箱标本容量 ≥ 10000 管。

（六）数据信息处理系统：

1. 中文版操作软件、能够远程控制并管理在线仪器，可实时监控检测标本实时状态和标本位置以及仪器运行状态、试剂信息。

2. 能够免费开放数据接口并能与院内信息系统连接。

（七）全自动生化分析仪：

▲1. 单台生化分析仪测试速度 ≥ 2000 测试/小时；线上总速度 ≥ 4000 测试/小时；离子 ≥ 1000 测试/小时（提供证明材料，证明材料例如产品彩页、产品说明书、权威检测报告，并在证明材料上标记具体位置）

2. 标本类型：血清、血浆、尿液、脑脊液、全血等

3. 支持不停机在线添加试剂（提供证明材料，证明材料例如产品彩页、产品说明书、权威检测报告，并在证明材料上标记具体位置）

▲4. 非接触式超声混匀或样本针超声清洗技术（提供证明材料，证明材料例如产品彩页、产品说明书、权威检测报告，并在证明材料上标记具体位置）

▲5. 反应区域温控： $37.0 \pm 0.1^\circ\text{C}$ （提供证明材料，证明材料例如产品彩页、产品说明书、权威检测报告，并在证明材料上标记具体位置）

6. 溯源性：生产厂家参考实验室通过CNAS认证，提供连续5年RELA比对结果和溯源性证明文件，保障结果具有准确性和溯源性（提供CNAS认证证书和国际溯源性证书）

（八）全自动化学发光免疫分析仪：

1. 免疫单模块测试速度 ≥ 500 测试/小时，线上总测试速度 ≥ 1000 测试/小时。

2. 若吸样方式为钢针吸样，样本间携带污染率 $\leq 0.2\text{PPM}$ （提供证明材料，证明材料例如产品彩页、产品说明书、权威检测报告，并在证明材料上标记具体位置）

▲3. 所有项目定标周期应 ≥ 20 天（提供证明材料，证明材料例如产品彩页、产品说明书、权威检测报告，并在证明材料上标记具体位置）

4. 仪器运行期间可任意添加试剂及各种缓冲液、反应管

淮安市政府采购分散采购项目“全流程不见面交易”公开招标文件

▲5. 流水线上开展的肿瘤标志物检测项目须证明材料例如：AFP, CEA, CA125, CA153, CA199, CA724, CA50, CA242, proGRP, NSE, CYFRA 21-1, SCC, PGI、PGII、G-17（须提供 NMPA 产品注册证）

（九）投标人或所投产品厂家资质和其他要求：

▲1. 投标人或所投产品须持有有效期内的 ISO 9001 质量管理体系认证、ISO 45001 职业健康安全管理体系认证及 ISO 14001 环境管理体系认证证书。（提供证书扫描件加盖投标人电子签章）

2. 投标人或所投产品要求有独立的冷藏库，独立的冷冻库。

3. 投标人或所投产品要求具备温湿度监控系统：符合 GSP 标准，支持 24 小时不间断监测及报警功能；

4. 投标人或所投产品要求有独立的冷藏车配送，要求严格执行 GSP 规范，提供完整的出入库记录、温湿度记录及质量档案。要求有全程可追溯平台。

注：1、以上标注“★”采购项目具体要求必须满足项，未提供作无效投标处理。（格式按照示范格式三）。

2、如投标人提供虚假资料谋求中标的，采购人有权无偿拒收不符合采购需求的产品并废除虚假响应投标人资格以及追究投标人相关赔偿责任。

第六章 投 标 文 件

项目名称：

项目编号：

投 标 人：

二〇二五年 月 日

淮安市政府采购分散采购项目“全流程不见面交易”公开招标文件

尊敬的投标人：

请按照以下文件的格式要求、内容、顺序制作投标文件，并请编制目录及页码，否则可能将影响对投标文件的评价。

投标文件格式中所有要求签字和盖章的部分，电子投标文件中需加盖电子签章。

一、投标函

致：_____（采购人）

关于_____采购项目（项目编号：）招标文件（包括更正公告，如果有的话）收悉，我们经详细审阅和研究，现决定参加本项目招标。同时，正式授权下述签字人（姓名和职务）代表_____（投标人单位名称），全权处理本次项目招标的有关事宜。

1、按招标文件规定的各项要求，我方愿以投标报价为人民币（大写：_____）（¥_____元）的投标总报价。

2、我们接受招标文件的所有的条款和规定。

3、我们同意按照招标文件第二章“投标人须知”的规定，本投标文件的有效期为从开标之日期起计算的九十天，在此期间，本投标文件将始终对我们具有约束力，并可随时被接受。如果我们中标，本投标文件在此期间之后将继续保持有效。

4、我们已详细审查全部招标文件，包括补充文件(如果有的话)。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

5、我们愿意提供采购单位在招标文件中要求的所有资料并配合采购方对该等资料的真实性进行验证。

6、我们愿意遵守响应文件中所列的收费标准。

7、我们承诺该响应文件在被接受后至合同履行结束并通过项目验收的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

投标人名称（电子签章）：

地址： 邮编：

电话： 传真：

法定代表人（委托受托人）签字：

职务：

日期：

二、开标一览表

项目名称	
投标报价	(小写) ¥ _____
总计	(大写) 人民币 _____
整套设备免费 质保	_____年，自验收报告签字确认日起，开始进入质保期。
供货时间	按招标文件要求执行。

投标人： _____ (电子签章)

法定代表人：(电子签章或电子签字)

注：

- (1) 投标报价总计为招标文件第二章第 10 条所述内容。
- (2) 开标一览表格式不得自行改动。

三、报价明细表

序号	设备名称	品牌型号	规格参数	单位	数量	单价(元)	小计(元)	备注
1								
2								
3								
4								
5								
...								
合计：大写人民币_____小写(¥_____)								

注：

- (1) 以上价格包含人工费、材料费、运费、包装、利润、税金等全部费用
- (2) 结算款=本表中单价×实际采购数量
- (3) 以上报价明细表不可缺项漏项，如因缺项漏项导致的一切后果由投标人自行承担。

投标人：_____（电子签章）

法定代表人或其委托受托人签字：_____

四、技术要求响应偏离表

序号	项目采购需求中主要技术条款描述	所投产品规格、型号及相应技术参数描述	偏离情况	备注

投标人： _____（电子签章）

法定代表人或其委托受托人签字：

注：（1）此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。

（2）是否偏离用符号“+、=、-”分别表示正偏离、完全响应、负偏离。

（3）投标人必须仔细阅读本招标文件第五章中所有技术规范条款和相关功能要求，并将响应情况及偏离情况逐项填入上表，响应时不得对原有技术规范进行直接复制粘贴及简单表述为完全响应，否则将影响该项得分。

五、服务方案

(格式由投标人自定、加盖投标人电子签章)

六、资质审查时投标人必须提供的资格证明文件

(一) 具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；

1. 提供下列材料之一：

(1) 投标人提供法定代表人资格证明（原件、必须提供，格式详见示范格式一）和法定代表人身份证（扫描件并加盖投标人电子签章）；

(2) 投标人提供授权委托书（原件、必须提供，格式详见示范格式二）和受托人身份证（扫描件并加盖投标人电子签章）。

2. 投标人提供下列材料之一：

A. 投标人为企业的：

(1) 提供营业执照（三证合一）（扫描件并加盖投标人电子签章）

B. 投标人为事业单位的：

(1) 提供事业法人证书（扫描件并加盖投标人电子签章）。

3. 提供具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的书面承诺（提供承诺书扫描件并加盖投标人电子签章，格式详见示范格式三）。

4. 提供具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的书面承诺（提供承诺书扫描件并加盖投标人电子签章，格式详见示范格式三）。

5. 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（提供承诺书扫描件并加盖投标人电子签章，格式详见示范格式三）。

6. 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（提供承诺书扫描件并加盖投标人电子签章，格式详见示范格式三）。

(二) 采购人根据采购项目的特殊要求，规定投标人还须具备的特定条件：

(1) 投标人所投设备须具备有效期内的《医疗器械产品注册证》；（提供复印件并加盖投标人电子签章）

(2) 投标人具备下列材料之一：

① 投标人若为设备制造商，须提供有效期内的《医疗器械生产许可证》。（提供复

淮安市政府采购分散采购项目“全流程不见面交易”公开招标文件

印件加盖投标人电子签章)

②投标人若为设备代理商，须提供有效期内的《医疗器械经营许可证》或《医疗器械经营备案凭证》。(提供复印件加盖投标人电子签章)

(三) 落实政府采购政策需满足的资格要求(提供下列任一项材料即可)：

(1) 企业声明函(详见示范格式四)；

(2) 《残疾人福利性单位声明函》(详见示范格式五)；

(3) 由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件(加盖出具单位公章的复印件)。

(四) 拒绝符合下述投标人条件的参加本次采购活动：(提供书面承诺原件加盖投标人电子签章，格式按照示范格式三要求)

(1) 投标人单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，同时参加同一合同项下的政府采购活动。

(2) 凡为采购项目提供规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，再参加本项目的采购活动。

(3) 投标人被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

(五) 符合法律法规规定的其他条件；

(六) 本次项目不接受联合体投标人参加投标；

注：

1、上述相关原件，中标人必须在签订合同时提交采购人审查，中标投标人未能提供上述所有原件的，则取消其中标资格。

2、上述是在对投标人资质审查时，投标人所必须要提供的资格证明文件，如投标人未能提供上述资格证明文件以及发现投标人的资质条件不符合招标文件要求，可随时取消其投标或中标资格。

3、投标人所提供的资格证明材料应真实、有效，采购人保留对投标人提供的资格证明材料进行核查的权利。如发现投标人提供虚假材料，采购人有权取消其中标资格并向相关部门报告其不诚信行为。

七、涉及无效投标条款中投标人必须提供的证明文件

八、综合评分时投标人需提供的证明文件

（由投标人依据评分标准，自行准备。提供的与评分相关的所有证明材料扫描件上传到电子投标文件中并加盖投标人电子签章。）

九、投标人认为有必要提供并说明的其它资料
(格式由投标人自定, 加盖投标人电子签章)

十、示范格式

示范格式一

法定代表人资格证明

单位名称：_____

地址：_____

姓名：_____ 性别：_____ 年龄：_____ 职务：_____

系（投标人单位名称）的法定代表人。为参与_____项目，签署上述项目的投标文件、进行招标、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

投标人：（电子签章）_____

日期：_____年__月__日

注：投标人法定代表人参加投标的，必须附法定代表人身份证扫描件加盖投标人电子签章。法定代表人授权其他人参加投标的，仅需填写“授权委托书”。

示范格式二

授权委托书

致：_____（采购人）：

委托方：_____地址：_____

法定代表人：_____

受托人：_____姓名：____性别：____出生日期：____年____月____日

所在单位：_____职务：_____

身份证：_____联系方式：_____

兹委托受托人代表我公司参加大洲设计咨询集团有限公司组织的_____

（项目编号：_____）采购项目的政府采购活动，受托人有权在该招标活动中，以我单位的名义签署投标函和投标文件，与采购人就跟协商、澄清、解释，签订合同书并执行一切与此有关的事项。

受托人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我公司均予以承认。受托人无转委托权。

委托期限：至上述事宜处理完毕止。

投标人：_____（电子签章）

日期：_____年____月____日

注：投标人委托受托人参加投标的，必须附受托人身份证扫描件加盖投标人电子签章。法定代表人直接参加投标的，仅需填写“法定代表人资格证明”。

承诺书（二）

致：_____（采购人）

我公司在（项目名称及项目编号）的投标过程中，做如下承诺：

1. 我公司承诺中标后至少提供以下配置：

名称	单位	数量
进样和出样模块	套	
轨道传输系统	套	
离心模块	台	
去盖模块	台	
全自动生化分析仪	台	
全自动化学发光免疫分析仪	台	
样本后处理系统	/	
低温储存冰箱	台	
纯水处理系统	套	
UPS 不间断电源	套	
数据信息处理系统	/	
.....		

2. 我公司所投产品由厂家负责运输、安装（包含所有软件程序，如后期需要增加软件功能，均免费安装）、调试、培训等，确保安装后正常使用，不产生额外费用。

3. 在满足技术参数需求的前提下，整套设备能根据采购方场地条件进行定制，满足采购方场地的安装及承重要求，设备安装前提供药房内设备布局的平面布置图。

4. 我公司负责免费对接医院信息系统。

5. 后期如业务量增加，我公司可以直接增加生化、发光机器数量和相应的模块以提高样本检测检验处理能力。

6. 流水线整体兼容，由共同的系统软件控制全自动样本处理系统、全自动生化分析仪、全自动化学发光免疫分析仪。全自动样本处理系统、全自动生化分析仪、全自动化

淮安市政府采购分散采购项目“全流程不见面交易”公开招标文件

学发光免疫分析仪均为同一品牌，满足医院统一服务的需求。（同时还需提供产品注册证或备案证扫描件加盖投标人电子签章）（后附）

7. 2024 年全国临床检验中心室间质评（EQA）活动，流水线检测的所有项目都有品牌独立分组。（同时还需提供国家临检中心网站相关内容截图加盖投标人电子签章）（后附）

8. 2024 年度最后一次全国临床检验中心室间质评（EQA）活动中，流水线检测的常规项目（AFP、CEA、CA199、总 β -hCG、TSH、T3、T4）参评的“本组实验室数” ≥ 300 家。（同时还需提供国家临检中心网站相关内容截图加盖投标人电子签章）（后附）

9. 流水线检测的所有项目的批内精密度、批间精密度等质量控制指标均符合行业标准要求。

10. 交货日期：接到医院通知后 30 天之内货物运抵医院。

11. 所投产品的外观或质量问题，中标人应当在 2 日内负责处理，此费用由投标人承担。维修达到 3 次仍无法使用，采购人有权退货。

12. 我公司报价时须承诺所供货物整套设备免费质保期____年（自验收报告签字确认日起，开始进入质保期）。原厂或全国总代授权服务商提供质保承诺函。投标人对质保期内所发生的设备维护、维修、更换等一切费用负责。对于采购人人为原因造成的故障，中标人只收取维保成本费用。

13. 保修期内乙方应保证设备开机率 $\geq 95\%$ 。如设备故障或停机率超过 5%（一年 365 天，累计故障时间天数达 18 天），每超过一天，保修期延长 14 个工作日。

14. 质保期内免费更换零配件，投标人接故障通知 2 小时内响应，一般问题在 2 小时内通过远程方式解决；遇到大的问题，在接到报修通知后 12 小时内派技术人员到达现场维修；所需更换的零配件，在接到报修通知后 48 小时内送达。质保期内定期对设备进行免费保养和维护，提供终身维护和保养服务（请提供技术援助电话和售后服务电话），定期对用户进行回访、技术支持，包括即时回答提出的问题。

15. 质保期过后，对于货物维修只收取基本材料成本费，不收取工时费。

16. 中标后，采购人有权要求我公司进行产品功能演示或采购参数性能测试，若产品功能演示或采购参数性能测试达不到采购文件和投标人响应文件要求的，存在提供虚假材料情形的，采购人有权取消我公司中标资格。

特此承诺！

淮安市政府采购分散采购项目“全流程不见面交易”公开招标文件

投标人：_____ (电子签章)

法定代表人（委托受托人）签字：

日期：_____年_____月_____日

示范格式四

企业声明函

致淮安市中医院：

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员___人，营业收入为___万元，资产总额为___万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员___人，营业收入为___万元，资产总额为___万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人： （电子签章）

法定代表人：（电子签章或电子签字）

日期： 年 月 日

注：1. 此表为样表，投标人根据实际情况自行添加。

2. 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报

示范格式五

残疾人福利性单位声明函

致_____（采购人）：

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位。即，本单位同时满足以下条件：

1、根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的划分标准，本公司为残疾人福利性企业。

2、本单位参加（采购单位名称）的（采购项目名称）采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

注：本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人： （电子签章）

法定代表人：（电子签章或电子签字）

日期： 年 月 日

注：非残疾人福利性单位不需提供此函。